

Параметры программирования прибора CLIMA MC –15

Кат. № В 40.11 С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК-11-ВИТАЛ
Кат. № В 40.31 С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК-31-ВИТАЛ

Метод определения – иммунотурбидиметрический

Сообщение фотометра	Это значит	Нажать кнопки
CODE: ()	Номер по списку	59 ENTER
IDENTIFICATION: ()	Название методики	(53)CRP
MODE: ()	Выбор режима	(6) MSTD
MSTD MODE	Выбор мультистандартного режима	(3) DIF
WL1:()	Выбор фильтра 1	(1) 340
WL2:()	Выбор фильтра 2	(6) 630
UNITS: ()	Набрать код единиц измерения	(6) mg/l
TEMPERATURE: ()	Температура	(1) 37
STANDARD (Y/N)	Стандарт (есть/нет)	(Y) Используется
Nr of STANDARDS	Число стандартов	(6)
STD: (1)	Концентрация стандарта 1	0.0
STD: (2)	Концентрация стандарта 2	1/16*С
STD: (3)	Концентрация стандарта 3	1/8*С
STD: (4)	Концентрация стандарта 4	1/4*С
STD: (5)	Концентрация стандарта 5	1/2*С
STD: (6)	Концентрация стандарта 6	*С
READINGS PER STANDARD	Число замеров стандарта	1
READINGS PER SAMPLE	Число замеров образца	1
LIN. LIMIT: ()	Предел линейности	150
NORM. HIGH: ()	Верхний предел нормы	10
NORM. LOW: ()	Нижний предел нормы	0
DECIMALS: ()	Число знаков после запятой	2
SAMPLE V.: ()	Объем образца (мкл)	30
REAG V.: ()	Объем реагента (мкл)	550
DELAY	Задержка	0
INTERVAL	Интервал	0
REAC. TIME	Время реакции (сек.)	300

Примечания:

Концентрация калибратора (стандарта 8) указана в паспорте. Остальные стандарты должны быть приготовлены из него путем последовательных двукратных разведений физ. раствором.
В качестве стандарта 1 с нулевой концентрацией используется физ. раствор.



ООО «Медицинские
Инновационные Технологии»
454000, г.Челябинск, ул.40-летия
Победы д.30 офис 5
e-mail: mdnt@mdnt.ru
www.mdnt.ru



АО «Витал Диагностика СПб»
194156, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24, 326-61-98
e-mail: sale@vitaldiagnostics.ru
<http://www.VitalDiagnostics.ru>